

Test Report

SL52035285591101TX

Date: August 24, 2020

Page 1 of 5

CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO., LTD  
220 SANHE ROAD, ZHENGLU TOWN, TIANNING DISTRICT, CHANGZHOU CITY, DIANGSU PROVINCE

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description : (A)Medical face mask (TYPE IIR)

SGS Internal Ref.No. : 15227738-1

Composition : (A)70% SPUNDBOND FABRIC,30% MELTBLOWN FABRIC

Sample Color : (A)Inner layer:white, Outer layer: blue

Style No. : PLANAR EARLOOP 17.5\*9.5CM

Lot No. : 20200526

Manufacturer : CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO., LTD

Supplier : CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO., LTD


Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant

Sample Receiving Date : Aug 12, 2020


Testing Period : Aug 12, 2020 - Aug 24, 2020

Test Result(s) : Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, for further details, please refer to the following page(s).

Signed for and on behalf of  
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Testing Center



Sara Guo (Account Executive)



Dongjing Liu / Hailian Xuan (Authorized Signatory)



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)

Test Result

**EN 14683:2019+AC:2019 Medical Face Masks-Requirements and Test Methods**

**Clause 5.2 Performance Requirement**

**Clause 5.2.2 Bacterial Filtration Efficiency (BFE)**  
(EN 14683:2019+AC:2019 Annex B)

Sample: A  
 Test Side : Inside  
 Test Area : Approximately 60 cm<sup>2</sup>  
 Flow Rate : 28.3 L/min  
 Pre-Conditioning : Minimum of 4 hours at 21±5°C and 85±5% R.H.  
 Dimensions of test specimen : ~170mm x 150mm  
 Positive Control Average : 2585.5 CFU  
 Negative Monitor Count : < 1 CFU  
 Mean Particle Size : 3.0 ±0.3µm  
 Test bacteria : Staphylococcus aureus ATCC 6538

Test Item	Specimen No.	Result
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	1	99.9%
	2	99.9%
	3	99.9%
	4	99.9%
	5	99.9%

Remark:

- 1) Performance Requirement: Type I ≥95%, Type II ≥98%, Type IIR ≥98%
- 2) The number of specimens that shall be tested is minimum 5, but can be greater and shall be increased if necessary to allow for an AQL(Acceptable Quality Level) of 4%.



**Clause 5.2.3 Breathability**

(EN 14683 :2019+AC:2019 Annex C)

Sample: A

Test Side : Randomly test in different location (1 around and 4 away from the centric point) on each of the 5 masks

Pre-Conditioning : Minimum of 4 hours at 21±5°C and 85±5% R.H.

Test Area : 4.9 cm<sup>2</sup>

Flow Rate : 8 l/min

Specimen No.	Test Area No.	Different Pressure for each tested area (Pa/cm <sup>2</sup> )	The average value for each test specimen (Pa/cm <sup>2</sup> )
1	1-1	28.2	33
	1-2	36.7	
	1-3	39.4	
	1-4	31.1	
	1-5	30.3	
2	2-1	30.8	36
	2-2	36.2	
	2-3	39.3	
	2-4	32.1	
	2-5	39.6	
3	3-1	28.9	33
	3-2	32.8	
	3-3	33.0	
	3-4	36.3	
	3-5	32.1	
4	4-1	31.9	36
	4-2	32.0	
	4-3	37.0	
	4-4	38.9	
	4-5	39.6	
5	5-1	35.5	37
	5-2	37.6	
	5-3	39.3	
	5-4	35.4	
	5-5	38.7	

Remark:

- 1) Performance Requirement: Type I < 40 Pa/cm<sup>2</sup>, Type II < 40 Pa/cm<sup>2</sup>, Type IIR < 60 Pa/cm<sup>2</sup>
- 2) The number of specimens that shall be tested is minimum 5, but can be greater and shall be increased if necessary to allow for an AQL (Acceptable Quality Level) of 4%.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn  
Testing Center: No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)  
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)

**Clause 5.2.4 Splash Resistance**

(ISO 22609 :2004)

Sample: A

Test Blood Pressure : 16.0kPa  
Pre-Conditioning : Minimum of 4 hours at 21±5°C and 85±5% R.H.  
Distance of the mask to the tip of cannula : 300±10mm

Test Specimen#	Penetration on inside surface	Conclusion	Test Specimen#	Penetration on inside surface	Conclusion
1	None Seen	Pass	17	None Seen	Pass
2	None Seen	Pass	18	None Seen	Pass
3	None Seen	Pass	19	None Seen	Pass
4	None Seen	Pass	20	None Seen	Pass
5	None Seen	Pass	21	None Seen	Pass
6	None Seen	Pass	22	None Seen	Pass
7	None Seen	Pass	23	None Seen	Pass
8	None Seen	Pass	24	None Seen	Pass
9	None Seen	Pass	25	None Seen	Pass
10	None Seen	Pass	26	None Seen	Pass
11	None Seen	Pass	27	None Seen	Pass
12	None Seen	Pass	28	None Seen	Pass
13	None Seen	Pass	29	None Seen	Pass
14	None Seen	Pass	30	None Seen	Pass
15	None Seen	Pass	31	None Seen	Pass
16	None Seen	Pass	32	None Seen	Pass
Number of Pass:			32		
Overall result:			Acceptable		

Remark:

- 1) Performance Requirement Type I: N/A, Type II: N/A, Type IIR: ≥16.0kPa
- 2) Test was conducted within 60s after removal from conditioning chamber.
- 3) An acceptable quality limit of 4.0% is met for a single sampling plan when 29 or more of the 32 tested specimens show pass results.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)  
 3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn  
 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)

**Clause 5.2.5 Microbial Cleanliness**

(EN 14683:2019+AC:2019 Annex D and EN ISO 11737-1:2018)

Sample: A

Test Specimen#	Mask Weight(g)	Total Bioburden, (CFU/mask)	Total Bioburden, (CFU/g)
1#	3.19	<3	<0.94
2#	3.21	6	1.87
3#	3.22	3	0.93
4#	3.28	24	7.32
5#	3.20	6	1.88

Remark: Performance Requirement: Type I ≤ 30 CFU/g, Type II ≤ 30 CFU/g, Type IIR ≤ 30 CFU/g

**Sample Photo**



The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

\*\*\*End of Report\*\*\*



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.  
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)  
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn  
Testing Center: Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)

**Bandymų ataskaita**      **SL52035285591101TX**      **Data: 2020 m. rugpjūčio 24 d.**      **1 psl. iš 5**

CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO., LTD  
220 SANHE ROAD, ZHENGLU TOWN, TIANNING DISTRICT, CHANGZHOU CITY, DIANGSU PROVINCE

Šis (-e) mėginys (-iai) buvo pateiktas (-i) ir kliento vardu identifikuotas (-i) kaip:

Mėginio aprašas                   :    A) Medicininė kaukė (IIR TIPO)

SGS vidaus nuorodos Nr.   :    15227738-1

Sudėtis                               :    (A) 70 % FILJERINIS AUDINYS, 30 % LYDIMO IR PŪTIMO BŪDU GAUTAS  
AUDINYS

Mėginio spalva                 :    (A) Vidinis sluoksnis: baltas, išorinis sluoksnis: mėlynas

Stiliaus Nr.                       :    PLANAR EARLOOP 17.5\*9.5CM

Dalies Nr.                         :    20200526

Gamintojas                       :    CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO., LTD

Tiekėjas                          :    CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO., LTD

Atliktas bandymas           :    Pasirinktas (-i) testas (-ai), kurio (-ių)

reikalavo pareiškėjas

Mėginių gavimo data         :    2020 m. rugpjūčio 12 d.

Bandymų laikotarpis         :    2020 m. rugpjūčio 12–24 d.

Bandymų rezultatas (-ai)   :    Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymų ataskaitoje pateikti tik tiriamo (-ų)  
mėginio (-ių) rezultatai. Daugiau informacijos rasite kitame (-uose)  
puslapyje (-iuose).

Pasirašyta

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd bandymų centro vardu

*/parašas/*

Sara Guo (Kliento vadovė)

*/parašas/*

Dongjing Liu / Hailian Xuan (Pasirašyti įgaliotas asmuo)

Jeigu raštu nesusitarta kitaip, šis dokumentas Bendrovė išduoda laikydamasi Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų. Jos yra atspausdintos kitoje lapo pusėje, pateikiamos paprašius arba prieinamos adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Dokumentams elektroniniu formatu taikomos Elektroninių dokumentų sąlygos, kurias galima rasti adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Atkreipiame dėmesį į čia apibrėžtus atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos klausimus. Šio dokumento turėtojas įspėjamas, kad dokumente pateikta informacija atspindi Bendrovės išvadas tik intervencijos metu ir tik Kliento nurodymų (jei tokių yra) ribose. Bendrovė yra atsakinga tik už savo Klientą; šie dokumentai nepanaikina sandorio šalių teisių ir pareigų pagal sandorio dokumentus. Negalima atgaminti viso dokumento be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Dokumento turinio ar išvaizdos keitimas be leidimo ar klastojimas yra neteisėtas, todėl pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymų ataskaitoje pateikti tik tiriamo (-ų) mėginio (-ių) rezultatai. Mėginys (-iai) laikomas (-i) tik 30 dienų.

Dėmesio. Norėdami patikrinti bandymų / tikrinimo ataskaitas ir sertifikato tikrumą, susisiekite su mumis telefonu (86-755) 8307 1443 arba rašykite el. paštu [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com).

Bandymų ataskaita SL52035285591101TX

Data: 2020 m. rugpjūčio 24 d.

2 psl. iš 5

Bandymo rezultatas

**EN 14683:2019+AC:2019 Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo metodai.****5.2 punktas. Eksploatacinių savybių reikalavimas****5.2.2 punktas. Bakterijų filtravimo efektyvumas (BFE)**

(EN 14683:2019+AC:2019 B priedas)

Mėginys: A

Bandomoji pusė : Vidinė  
 Bandymo sritis : Maždaug 60 cm<sup>2</sup>  
 Srauto greitis : 28,3 l/min  
 Išankstinis paruošimas : Mažiausiai 4 val. 21±5 °C temperatūroje, esant 85±5 % sant. oro drėgmei.  
 Bandinio matmenys : ~170 mm x 150 mm  
 Teigiamos kontrolės vidurkis : 2 585,5  
 CFU Neigiamų stebimųjų skaičius: < 1 CFU  
 Vidutinis dalelių dydis : 3,0 ±0,3 μm  
 Bandyme dalyvaujančios bakterijos : Staphylococcus aureus ATCC 6538

Bandomas	Bandinio Nr.	Rezultatas
Bakterijų filtravimo efektyvumas (BFE)	1	99,9 %
	2	99,9 %
	3	99,9 %
	4	99,9 %
	5	99,9 %

Pastaba.

- 1) Eksploatacinių savybių reikalavimas: I tipas ≥ 95 %, II tipas ≥ 98 %, IIR tipas ≥ 98 %
- 2) Tiriamų bandinių skaičius – mažiausiai 5, bet gali būti ir daugiau; prireikus yra didinamas, kad būtų pasiektas 4 % AQL (priimtinos kokybės lygis).

Jei raštu nesusitarta kitaip, šį dokumentą Bendrovė išduoda laikydama Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų. Jos yra atspausdintos kitoje lapo pusėje, pateikiamos paprašius arba prieinamos adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Dokumentams elektroniniu formatu taikomos Elektroninių dokumentų sąlygos, kurias galima rasti adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Atkreipiame dėmesį į čia apibrėžtus atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos klausimus. Šio dokumento turėtojas įspėjamas, kad dokumente pateikta informacija atspindi Bendrovės išvadas tik intervencijos metu ir tik Kliento nurodymų (jei tokių yra) ribose. Bendrovė yra atsakinga tik už savo Klientą; šie dokumentai nepanaikina sandorio šalių teisių ir pareigų pagal sandorio dokumentus. Negalima atgaminti viso dokumento be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Dokumento turinio ar išvaizdos keitimas be leidimo ar klastojimas yra neteisėtas, todėl pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymų ataskaitoje pateikti tik tiriamo (-ų) mėginio (-ių) rezultatai. Mėginys (-iai) laikomas (-i) tik 30 dienų.

Dėmesio. Norėdami patikrinti bandymų / tikrinimo ataskaitos ir sertifikato tikrumą, susisiekite su mumis telefonu (86-755) 8307 1443 arba rašykite el. paštu [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com).

Bandymų ataskaita SL52035285591101TX

Data: 2020 m. rugpjūčio 24 d.

3 psl. iš 5

**5.2.3 punktas. Pralaidumas orui**

(EN 14683 :2019+AC:2019 C priedas)

Mėginys: A

Bandomoji pusė : Atsitiktinai bandyta įvairiose kiekvienos iš 5 kaukių vietose  
(1 aplink centrinį tašką ir 4 toliau nuo jo)Išankstinis paruošimas : Mažiausiai 4 val.  $21 \pm 5$  °C temperatūroje, esant  $85 \pm 5$  % sant. oro drėgmei.Bandymo sritis :  $4,9 \text{ cm}^2$ 

Srauto greitis : 8 l/min

Bandinio Nr.	Bandymo srities Nr.	Skirtingas kiekvienos bandytos srities slėgis (Pa/cm <sup>2</sup> )	Vidutinė kiekvieno bandinio vertė (Pa/cm <sup>2</sup> )
1	1-1	28,2	33
	1-2	36,7	
	1-3	39,4	
	1-4	31,1	
	1-5	30,3	
2	2-1	30,8	36
	2-2	36,2	
	2-3	39,3	
	2-4	32,1	
	2-5	39,6	
3	3-1	28,9	33
	3-2	32,8	
	3-3	33,0	
	3-4	36,3	
	3-5	32,1	
4	4-1	31,9	36
	4-2	32,0	
	4-3	37,0	
	4-4	38,9	
	4-5	39,6	
5	5-1	35,5	37
	5-2	37,6	
	5-3	39,3	
	5-4	35,4	
	5-5	38,7	

Pastaba.

- 1) Eksploatacinių savybių reikalavimas: I tipas  $< 40 \text{ Pa/cm}^2$ , II tipas  $< 40 \text{ Pa/cm}^2$ , IIR tipas  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- 2) Tiriamų bandinių skaičius – mažiausiai 5, bet gali būti ir daugiau; prireikus yra didinamas, kad būtų pasiektas 4 % AQL (priimtinos kokybės lygis).

Jei raštu nesusitarta kitaip, šį dokumentą Bendrovė išduoda laikydamasi Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų. Jos yra atspausdintos kitoje lapo pusėje, pateikiamos paprašius arba prieinamos adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Dokumentams elektroniniu formatu taikomos Elektroninių dokumentų sąlygos, kurias galima rasti adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Atkreipiame dėmesį į čia apibrėžtus atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos klausimus. Šio dokumento turėtojas įspėjamas, kad dokumente pateikta informacija atspindi Bendrovės išvadas tik intervencijos metu ir tik Kliento nurodymų (jei tokių yra) ribose. Bendrovė yra atsakinga tik už savo Klientą; šie dokumentai nepanaikina sandorio šalių teisių ir pareigų pagal sandorio dokumentus. Negalima atgaminti viso dokumento be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Dokumento turinio ar išvaizdos keitimas be leidimo ar klastojimas yra neteisėtas, todėl pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymų ataskaitoje pateikti tik tiriamo (-ų) mėginio (-ių) rezultatai. Mėginys (-iai) laikomas (-i) tik 30 dienų.

Dėmesio. Norėdami patikrinti bandymų / tikrinimo ataskaitas ir sertifikato tikrumą, susisiekite su mumis telefonu (86-755) 8307 1443 arba rašykite el. paštu [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com).



Bandymų ataskaita SL52035285591101TX

Data: 2020 m. rugpjūčio 24 d. 4 psl. iš 5

**5.2.4 punktas. Atsparumas pūslams**

(ISO 22609 :2004)

Mėginys: A

Kraujo spaudimo tyrimas : 16,0 kPa  
 Išankstinis paruošimas : Maž. 4 val. 21±5 °C temp., esant 85±5 % sant. drėgm.  
 Atstumas tarp kaukės iki kaniulės galiuko : 300±10 mm

Bandinio Nr.	Skverbtis į vidinį paviršių	Išvada	Bandinio Nr.	Skverbtis į vidinį paviršių	Išvada
1	Nepastebėta	Praeita	17	Nepastebėta	Praeita
2	Nepastebėta	Praeita	18	Nepastebėta	Praeita
3	Nepastebėta	Praeita	19	Nepastebėta	Praeita
4	Nepastebėta	Praeita	20	Nepastebėta	Praeita
5	Nepastebėta	Praeita	21	Nepastebėta	Praeita
6	Nepastebėta	Praeita	22	Nepastebėta	Praeita
7	Nepastebėta	Praeita	23	Nepastebėta	Praeita
8	Nepastebėta	Praeita	24	Nepastebėta	Praeita
9	Nepastebėta	Praeita	25	Nepastebėta	Praeita
10	Nepastebėta	Praeita	26	Nepastebėta	Praeita
11	Nepastebėta	Praeita	27	Nepastebėta	Praeita
12	Nepastebėta	Praeita	28	Nepastebėta	Praeita
13	Nepastebėta	Praeita	29	Nepastebėta	Praeita
14	Nepastebėta	Praeita	30	Nepastebėta	Praeita
15	Nepastebėta	Praeita	31	Nepastebėta	Praeita
16	Nepastebėta	Praeita	32	Nepastebėta	Praeita
Praėjusių skaičius:			32		
Bendras rezultatas:			Priimtinas		

Pastaba.

- 1) Eksploatacinių savybių reikalavimas I tipui: netaikomas, II tipui: netaikomas, IIR tipui:  $\geq 16,0$  kPa
- 2) Bandymas buvo atliktas per 60 sekundžių po pašalinimo iš paruošimo kameros.
- 3) Vieno mėginių ėmimo plano priimtina 4,0 % kokybės riba pasiekama, kai 29 ar daugiau iš 32 bandinių praeina bandymus.

Jeigu raštu nesusitarta kitaip, šį dokumentą Bendrovė išduoda laikydamasi Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų. Jos yra atspausdintos kitoje lapo pusėje, pateikiamos paprašius arba prieinamos adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Dokumentams elektroniniu formatu taikomos Elektroninių dokumentų sąlygos, kurias galima rasti adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Atkreipiame dėmesį į čia apibrėžtus atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos klausimus. Šio dokumento turėtojas įspėjamas, kad dokumente pateikta informacija atspindi Bendrovės išvadas tik intervencijos metu ir tik Kliento nurodymų (jei tokių yra) ribose. Bendrovė yra atsakinga tik už savo Klientą; šie dokumentai nepanaikina sandorio šalių teisių ir pareigų pagal sandorio dokumentus. Negalima atgaminti viso dokumento be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Dokumento turinio ar išvaizdos keitimas be leidimo ar klastojimas yra neteisėtas, todėl pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymų ataskaitoje pateikti tik tiriamo (-ų) mėginio (-ių) rezultatai. Mėginys (-iai) laikomas (-i) tik 30 dienų.

Dėmesio. Norėdami patikrinti bandymų / tikrinimo ataskaitas ir sertifikato tikrumą, susisiekite su mumis telefonu (86-755) 8307 1443 arba rašykite el. paštu [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com).

Bandymų ataskaita

SL52035285591101TX

Data: 2020 m. rugpjūčio 24 d.

5 psl. iš 5

**5.2.5 punktas. Švara nuo mikrobu**

(EN 14683:2019+AC:2019 D priedas ir EN ISO 11737-1:2018)

Mėginys: A

Bandinio Nr.	Kaukės svoris (g)	Biologinė tarša, (vienos kaukės CFU)	Biologinė tarša, (CFU/g)
1	3,19	<3	<0,94
2	3,21	6	1,87
3	3,22	3	0,93
4	3,28	24	7,32
5	3,20	6	1,88

Pastaba. Eksploatacinių savybių reikalavimas: I tipas ≤ 30 CFU/g, II tipas ≤ 30 CFU/g, IIR tipas ≤ 30 CFU/g

**Pavyzdys**

Atitikties pareiškimas, pateiktas šioje bandymų ataskaitoje, grindžiamas tik laboratorijos išmatuotomis vertėmis, neatsižvelgiant į jų neapibrėžtumą.

\*\*\*Ataskaitos pabaiga\*\*\*

Jei raštu nesusitarta kitaip, šį dokumentą Bendrovė išduoda laikydamasi Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų. Jos yra atspausdintos kitoje lapo pusėje, pateikiamos paprašius arba prieinamos adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Dokumentams elektroniniu formatu taikomos Elektroninių dokumentų sąlygos, kurias galima rasti adresu <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Atkreipiame dėmesį į čia apibrėžtus atsakomybės apribojimo, žalos atlyginimo ir jurisdikcijos klausimus. Šio dokumento turėtojas įspėjamas, kad dokumente pateikta informacija atspindi Bendrovės išvadas tik intervencijos metu ir tik Kliento nurodymų (jei tokių yra) ribose. Bendrovė yra atsakinga tik už savo Klientą; šie dokumentai nepanaikina sandorio šalių teisių ir pareigų pagal sandorio dokumentus. Negalima atgaminti viso dokumento be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Dokumento turinio ar išvaizdos keitimas be leidimo ar klastojimas yra neteisėtas, todėl pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymų ataskaitoje pateikti tik tiriamo (-ų) mėginio (-ių) rezultatai. Mėginys (-iai) laikomas (-i) tik 30 dienų.

Dėmesio. Norėdami patikrinti bandymų / tikrinimo ataskaitos ir sertifikato tikrumą, susisiekite su mumis telefonu (86-755) 8307 1443 arba rašykite el. paštu [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com).

Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas  
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.

