

Certificate of Analysis

(certificat d'analyse / Analysezertifikat)

Buffer solution ORP 250mV @ 25°C (±5mV)

SKU: RXB-250-250D

LOT: MT2024B

EXP: 15/10/2026

Actual value: 250 (@ 25°C)

Precision: ±5mV

This sample was analysed with instruments calibrated by NIST and PTB traceable secondary reference materials. *Cet échantillon a été analysé par des instruments calibrés par des matériaux de référence secondaires traçables NIST et PTB.* Diese Probe wurde mit Instrumenten analysiert, die mit NIST- und PTB-rückverfolgbaren sekundären Referenzmaterialien kalibriert waren.

Traceability (Rückführbarkeit / Traçabilité)

SRM	LOT
51350064	1G128G

The expiry date is valid only for a sealed solution, stored at room temperature in a dry place, protected from daylight. *La date de péremption n'est valable que pour une solution scellée, conservée à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du jour.* Das Verfallsdatum gilt nur für eine verschlossene Lösung, die bei Raumtemperatur an einem trockenen, vor Tageslicht geschützten Ort gelagert wird.

Certification Date: 15/01/2024

This document is produced electronically and valid without signature. *Ce document est réalisé électroniquement et valable sans signature.* Dieses Dokument wird elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.